



NACZELNIK
OBWODOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124c

tel./fax (58) 52-45-414

e-mail: gdansk@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

**PRZEDMIOT
LEGALIZACJI**

Waga nieautomatyczna elektroniczna;
Znak producenta: DISOMAT B plus/DFT-A2L; Znak typu: D 00-09-007;
Nr fabryczny: 060276/02; Rok produkcji: 2007;
Producent: Shenck Process GmbH;
Obciążenie maksymalne Max 60000 kg; Obciążenie minimalne Min 400 kg;
Działka legalizacyjna e = 20 kg; Działka elementarna d = 20 kg;
klasa dokładności III

WNIOSKODAWCA

Elektroniczne Wagi Przemysłowe, Zdzisław Niewiński, 80- 283 Gdańsk, ul Zacna 31
- wykonawca naprawy.

**MIEJSCE
ZAINSTALOWANIA
LUB MIEJSCE
UŻYTKOWANIA**

DCT Gdańsk S.A., Deepwater Container Terminal Gdańsk,
80-601 Gdańsk, ul. Kontenerowa 7.

WYMAGANIA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz.152).

**ZAKRES
SPRAWDZEŃ**

§ 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz.152).

**STWIERDZENIE
ZGODNOŚCI**

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że ww. przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

**MIEJSCE
UMIESZCZENIA CECH**

Cechę legalizacji („6PL1”, „15”, „VI”) umieszczono na połączeniu tabliczki znamionowej i obudowie miernika wagi (naklejki).
Cechy zabezpieczające („6PL1”) w liczbie 3 szt. umieszczono na:
- wtyczce przyłączeniowej przetworników 1 szt. (naklejka),
- połączeniu części skrzynki przyłączeniowej przetworników 2 szt. (naklejki).

**OKRES WAŻNOŚCI
LEGALIZACJI**

Legalizacja jest ważna do dnia 30 czerwca 2017 r.

ZNAK WNIOSKU

6UM1/1462/2015

Data wystawienia:

24.06.2013 r.



Z upoważnienia Naczelnika
OBWODOWEGO URZĘDU MIAR
w Gdańsku
Starszy Inspektor
Mirosław Walkusz